


1073

«Утверждаю»
Первый зам. генерального директора
ОАО «Чакан ГЭС»
Абдыкадыров М.
« 01 » 03 2012

Техническое задание для лабораторного автотрансформатора

Технические требования.


№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значение	Предлагаемое производителем с указанием значения
1	Тип прибора	однофазный, измерительный, портативный	
2	Входное напряжение, В	~ 220	
3	Выходное напряжение, В	0-300	
4	Мощность, ВА	2000	
5	Максимальный выходной ток, А	8	
6	Регулировка выходного напряжения	плавная	
7	Вид индикации	цифровой ЖК-дисплей	
8	Класс электробезопасности	SAT II	
9	Рабочая температура	-30°C - +50°C	
10	Входное и выходное подключение	клеммная колодка	
11	Габариты, мм	не более 300x250	
12	Гарантия	не менее 1 г.	



Согласовано: Начальник ПТО

 Бокоев И.Б.

Начальник КМГЭС

 Бараканов Т.Н.

Составил и: Главный инженер БГЭС

 Ж.Т. Эсеналиев

Инженер РЗА БГЭС

 Прокопенко С.С.