

Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора
ОАО «Чакан ГЭС»
Сыдыгалиев Р.Б.
«07» 10 2021г.

Техническое задание

На приобретение Водомерного счетчика СТВХ-100 или его аналог
в количестве 10 шт.

Основные технические данные и характеристики:


Тип: турбинный, сухого типа;
Присоединение: фланцевое;
Температура воды: +5...+30°C;
Диапазон расхода: 0,9...300 м³/час;
Номинальный расход: 150 м³/ч;
Монтажная длина: 250 мм;

Дополнительные требования:

1. Свидетельство об утверждении средств измерения в стране поставщика;
2. Паспорт, формуляры, техническая документация прибора;
3. Руководства по эксплуатации;
4. Методика поверки;
5. Поверка средств измерений в Центре по стандартизации и метрологии при Министерстве
Экономики и Финансов КР.

Гл. инженер

Ст. мастер МСРЗА



Караев Н.О.

Жумабек у. Б.