

Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора
ОАО «Чакан ГЭС»
Сыдыгалиев Р.Б.
« 07 » 10 2021 г.

Техническое задание

На приобретение Измерительного шунта для постоянного тока 50 А
в количестве 1 шт.

Основные технические характеристики:

Номинальный ток	50 А
Сопротивление шунта	1500 мкОм
Габаритные размеры	100×20×13
Масса	0,07 кг

Дополнительные требования:

1. Свидетельство об утверждении средств измерения в стране поставщика;
2. Паспорт, формуляры, техническая документация прибора;
3. Руководства по эксплуатации;
4. Методика поверки;
5. Поверка средств измерений в Центре по стандартизации и метрологии при Министерстве Экономики и Финансов КР.

Гл. инженер

Ст. мастер МСРЗА



Караев Н.Э.

Жумабек у. Б.

Исполнитель:
Ст. мастер МСРЗА
Жумабек у. Б.



Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора
ОАО «Чакан ГЭС»
Сыдыгалиев Р.Б.
«07» 10 2021г.

Техническое задание

На приобретение Измерительный шунт для постоянного тока 100 А
в количестве 1 шт.

Основные технические характеристики:


Номинальный ток	100 А
Сопротивление шунта	750 мкОм
Габаритные размеры	130×30×6
Масса	0,25 кг

Дополнительные требования:

1. Свидетельство об утверждении средств измерения в стране поставщика;
2. Паспорт, формуляры, техническая документация прибора;
3. Руководства по эксплуатации;
4. Методика поверки;
5. Поверка средств измерений в Центре по стандартизации и метрологии при Министерстве Экономики и Финансов КР.

Гл. инженер

Ст. мастер МСРЗА



Караев Н.Э.

Жумабек у. Б.

Исполнитель:

Ст. мастер МСРЗА

Жумабек у. Б.

