

Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора
ОАО «Чакан ГЭС»
Сыдыгалиев Р.Б.
«07» 10 2021г.

Техническое задание

На приобретение Термометр стеклянные технические
в количестве 2 шт.


Основные технические данные и характеристики:

Диапазон измерения температуры, °C	0 – 200
Длина верхней части термометра, мм:	250
Длина нижней части термометра, мм:	160
Диаметр, мм	18/8
Исполнение	Прямой, ртутный

Дополнительные требования:

1. Свидетельство об утверждении средств измерения в стране поставщика;
2. Паспорт, формуляры, техническая документация прибора;
3. Руководства по эксплуатации;
4. Методика поверки;
5. Поверка средств измерений в Центре по стандартизации и метрологии при Министерстве Экономики и Финансов КР.

Гл. инженер
Ст. мастер МСРЗА



Караев Н.Э.
Жумабек у. Б.

Исполнитель:
Ст. мастер МСРЗА
Жумабек у. Б.

